

Listado de Equipo y Documentos a Bordo para Ambulancias Aéreas.

| Ficha de identificación de ambulancia aérea. De acuerdo con la NOM-034-SSA3-2013 | | |
|---|----|-----|
| Aviso de Funcionamiento | OK | NOK |
| Nombre o Razón Social del Propietario | OK | NOK |
| Teléfono | OK | NOK |
| Correo Electrónico | OK | NOK |
| Denominación rotulada en el vehículo | OK | NOK |
| Número de Serie | OK | NOK |
| Número de motor | OK | NOK |
| Marca | OK | NOK |
| Modelo | OK | NOK |
| Matrícula | OK | NOK |
| Certificado de Aeronavegabilidad (Folio, Fecha de Expedición y Vigencia) | OK | NOK |

| Disposiciones Generales de las Ambulancias Aéreas | | |
|---|----|-----|
| Cuenta con Aviso de Funcionamiento de Ambulancia y Responsable Sanitario | OK | NOK |
| Cuenta con Dictamen Técnico Previo | OK | NOK |
| Cuenta con rótulo donde se especifique la institución a la que pertenece, número económico de la unidad en material reflejante y color contrastante. | OK | NOK |
| Cuenta con protocolos escritos o manuales de procedimientos avalados y firmados por la autoridad médica o el responsable sanitario de la ambulancia | OK | NOK |
| El personal de la ambulancia cuenta con capacitaciones periódicas de acuerdo con el tipo y nivel resolutivo de la prestación de servicio | OK | NOK |
| El vehículo recibe mantenimiento periódico de acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades correspondientes o el fabricante de la unidad | OK | NOK |
| Se cuenta con la leyenda "AMBULANCIA" en el frente, detrás y a los costados de la ambulancia | OK | NOK |
| Se especifica el tipo de traslado que da la ambulancia: Traslado, urgencias básicas, avanzadas o cuidados intensivos | OK | NOK |
| El compartimiento para el paciente cuenta con vidrios que impidan la visibilidad desde el exterior | OK | NOK |

| Recursos Físicos y Equipamiento para ambulancias de Traslado. De acuerdo con NOM-034-SSA3-2013. Atención Médica Prehospitalaria | | |
|---|----|-----|
| Cinturones de Seguridad en todos los asientos | OK | NOK |
| Equipo básico de herramientas de mano | OK | NOK |
| Equipo básico de señalización que incluya traficonos y triángulos reflejantes | OK | NOK |
| Juego de cables pasa-corriente | OK | NOK |
| Lámpara portátil de emergencia | OK | NOK |
| Neumático de refacción con accesorios (gato y llave de cruz) | OK | NOK |
| Extintor contra fuego ABC | OK | NOK |
| Reanimadores tipo bolsa con válvula de no reinhalación con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En caso de neonato con bolsa de 250ml, lactante con bolsa de 500ml, pediátrico con bolsa de 750ml y adulto con bolsa de 1000ml. Mascarillas de tamaños 0, 1, 2, 3, 4, 5 | OK | NOK |
| Camilla rígida con sistema de sujeción | OK | NOK |
| Carro camilla | OK | NOK |
| Esfigmomanómetro aneroide o digital con brazaletes para adulto y pediátrico | OK | NOK |
| Estetoscopio biauricular con supresión de ruido | OK | NOK |
| Equipo de aspiración de secreciones fijo o portátil | OK | NOK |
| Equipo de cánulas orofaríngeas en los tamaños: prematuro, neonatal, infantil, pediátrica y adulto. | OK | NOK |
| Gancho porta suero doble | OK | NOK |
| Glucómetro o sustituto tecnológico. | OK | NOK |
| Mascarillas con filtro HEPA o N95 | OK | NOK |
| Tanque de oxígeno fijo de por lo menos 3m ³ con manómetro de alta presión, flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador | OK | NOK |
| Tanque de oxígeno portátil tamaño "D" con manómetro, regulador de presión y flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto o mayor. | OK | NOK |
| Termómetro digital o sustituto tecnológico | OK | NOK |
| Apósitos, gasas estériles y no estériles | OK | NOK |
| Cobertores | OK | NOK |
| Catéteres venosos cortos estériles para la aplicación percutánea de terapia intravenosa periférica de calibres 12 a 24 (excepto 15) | OK | NOK |
| Cómodo | OK | NOK |
| Contenedor rígido de color rojo para material punzocortante, bolsa roja y bolsa amarilla para el RPBI | OK | NOK |
| Desinfectante para manos | OK | NOK |
| Desinfectante para equipos y superficies | OK | NOK |

| | | |
|--|----|-----|
| Equipo desechable para venoclisis con normogotero y microgotero | OK | NOK |
| Guantes estériles, no estériles y cubrebocas | OK | NOK |
| Jabón quirúrgico | OK | NOK |
| Jeringas desechables de 3, 5, 10, y 20ml y agujas 20x32 o 22x32 | OK | NOK |
| Jeringas con aguja para insulina | OK | NOK |
| Ligaduras | OK | NOK |
| Pato orinal | OK | NOK |
| Puntas nasales para oxígeno, mascarilla con bolsa reservorio y mascarilla simple, en tamaños adulto y pediátrico | OK | NOK |
| Riñón | OK | NOK |
| Sábanas | OK | NOK |
| Sondas de aspiración suaves | OK | NOK |
| Tela adhesiva | OK | NOK |
| Torundas secas y torundas con alcohol | OK | NOK |
| Vendas elásticas de 5, 10, 20, y 30cms de ancho. | OK | NOK |
| Cloruro de sodio (solución al 0.9%) | OK | NOK |
| Electrolitos orales | OK | NOK |
| Glucosa (solución al 5%) | OK | NOK |
| Solución Hartman | OK | NOK |

| Recursos Físicos y Equipamiento para ambulancias de Urgencias Básicas. De acuerdo con NOM-034-SSA3-2013. Atención Médica Prehospitalaria | | |
|--|----|-----|
| Collarines rígidos: Chico, mediano y grande | OK | NOK |
| Cánulas nasofaríngeas | OK | NOK |
| Dispositivo para inmovilizar la cabeza | OK | NOK |
| Desfibrilador automatizado externo | OK | NOK |
| Dispositivo de estabilización pélvica o elemento sustituto | OK | NOK |
| Estetoscopio de Pinard, Doppler o sustituto tecnológico | OK | NOK |
| Equipo esterilizado para atención de parto con al menos: dos pinzas tipo Rochester, onfalotomo, tijera tipo Mayo, cinta umbilical o similar, perilla para aspiración, campos y batas quirúrgicos desechables | OK | NOK |
| Férulas para miembros torácicos y pélvicos | OK | NOK |
| Oxímetro de pulso | OK | NOK |
| Sistema de inmovilización pediátrica | OK | NOK |
| Tabla corta con sistema de sujeción o chaleco de extracción | OK | NOK |
| Bola amarilla para RPBI | OK | NOK |
| Cánula de Yankauer | OK | NOK |

| | | |
|--|----|-----|
| Guía para identificación de materiales peligrosos | OK | NOK |
| Rastrillo desechable para afeitar | OK | NOK |
| Sábana térmica | OK | NOK |
| Sábana para quemados | OK | NOK |
| Elementos materiales (tarjetas) para clasificación de lesionados(triage) | OK | NOK |
| Tabletas de ácido acetilsalicílico | OK | NOK |
| Tabletas de Isosorbida | OK | NOK |
| Perlas sublinguales de Trinitrato de glicerilo | OK | NOK |
| Solución Inyectable de Adrenalina | OK | NOK |
| Solución inyectable o sustituto tecnológico de epinefrina | OK | NOK |
| Dextrosa al 50% | OK | NOK |
| Aerosol Salbutamol | OK | NOK |

| Recursos Físicos y Equipamiento para ambulancias de Urgencias Avanzadas. De acuerdo con NOM-034-SSA3-2013. Atención Médica Prehospitalaria | | |
|---|----|-----|
| Desfibrilador-monitor para registro de signos vitales y marcapaso externo | OK | NOK |
| Estilete para tubo endotraqueal: neonatal, infantil, pediátrico y adulto | OK | NOK |
| Estuche de diagnóstico básico (mango, oftalmoscopio con luz, selector de aperturas y lentes, otoscopio con luz y conos reutilizables) | OK | NOK |
| Equipo para infusión intraósea | OK | NOK |
| Laringoscopios: tamaño adulto y pediátrico con hojas rectas números 0, 1, 2, 3, 4 y hojas curvas números 1, 2, 3, 4 | OK | NOK |
| Micro nebulizador o sustituto tecnológico | OK | NOK |
| Pinzas de Magill adulto y pediátrica | OK | NOK |
| Ventilador de traslado pediátrico-adulto | OK | NOK |
| Electrodos de parche autoadheribles para adultos y pediátricos, electrodos para marcapasos transcutáneo, compatibles con el equipo desfibrilador existente | OK | NOK |
| Equipo invasivo para la vía aérea: mascarilla laríngea u otros | OK | NOK |
| Jalea hidrosoluble y pasta conductiva para monitoreo electrocardiográfico | OK | NOK |
| Sondas de Nelaton, Levin y Foley con bolsas para recolección | OK | NOK |
| Tubos endotraqueales para adulto con globo de alto volumen y baja presión, con válvula conector y escala en milímetros, en calibres números 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | OK | NOK |
| Tubos endotraqueales pediátricos sin globo con válvula conector y escala en milímetros calibres números 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 5.0, 5.5 | OK | NOK |
| Bomba de infusión | OK | NOK |
| Solución inyectable de Ketorolaco | OK | NOK |
| Solución inyectable de Metamizol | OK | NOK |

| | | |
|--|----|-----|
| Solución inyectable de Clorhidrato de Nalbufina | OK | NOK |
| Solución inyectable de Midazolam | OK | NOK |
| Tabletas de Captopril o Enalapril | OK | NOK |
| Solución inyectable de Hidrocortisona o genérico alterno | OK | NOK |
| Solución inyectable de Butilhioscina | OK | NOK |
| Solución inyectable de Difenidol | OK | NOK |
| Solución inyectable de Hidralazina | OK | NOK |
| Solución inyectable de Diazepam | OK | NOK |

| Recursos Físicos y Equipamiento para ambulancias de Cuidados Intensivos. De acuerdo con NOM-034-SSA3-2013. Atención Médica Prehospitalaria | | |
|---|----|-----|
| Solución inyectable de Haloperidol | OK | NOK |
| Capnógrafo o Capnómetro | OK | NOK |

Consideraciones especiales:

- Al ser ambulancia aérea, estas deben contar con un TAMP o personal de enfermería capacitado en medicina aeroespacial y de interacción con la nave. En caso de que la ambulancia aérea sea de cuidados intensivos, deben contar con un médico certificado en manejo de paciente en estado crítico, así como medicina aeroespacial y de interacción con la nave.
- Los recipientes de las soluciones deben ser bolsas o contenedores de plástico.

| Residuos Peligrosos (R.P.B.I) | | |
|---|----|-----|
| En la ambulancia se separan y envasan los residuos peligrosos biológicos infecciosos, de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas, sin mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos | OK | NOK |
| Se separan y envasan los residuos peligrosos biológicos, infecciosos, provenientes de la ambulancia, de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas, sin mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos y además se cuenta con almacén temporal para el manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos, separado de las diferentes áreas del establecimiento, se encuentra techado, cuenta con señalamientos o letreros alusivos a la naturaleza de los residuos y sin riesgos de inundación e ingreso de animales | OK | NOK |
| En la unidad responsable de la ambulancia se cuenta con contrato con empresa recolectora de R.P.B.I. vigente, así como los manifiestos de recolección | OK | NOK |